

## 過去の回収に関する重要なお知らせ

過去にご連絡した製品の回収に関する重要なお知らせは、以下の通りです。

これらの製品は、回収した台数、回収期間の長さなどに基づいて、回収が完了したことをお知らせします。

発生日	形名 品名	内容	備考
	対象		
2003/6/4	<b>メータリレー 2101,2102</b>	レンジつまみ部に使用した絶縁用封止材の剥離により、感電のおそれがある	2005/12/20 生産終了
	1981/1/1～2003/5/5 出荷品		

お問い合わせ先：日置電機株式会社 品質保証部

TEL：0268-28-0582 FAX：0268-28-0595

E-mail：hinsyou@hioki.co.jp

以上