

TCS-S1IF 接続方法および注意事項

ご使用上の注意

本品のご使用には十分にご注意下さい。



静電気注意

本品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が、静電破壊する恐れがありますので、部品・コネクタの接点部分などに素手で触れないでください。本品の故障の原因となることがあります。




突起部分に注意

本品の性格上、部品や半田部分に尖った部分があります。怪我の恐れがありますので取り扱いは慎重に行ってください。

構成品リスト

- | | |
|---------------|-----|
| ・ TCS-S1IF 基板 | 1 枚 |
| ・ フレキシケーブル | 1 本 |

結線図



接続ケーブルの向き

フレキシケーブルの電極面が、必ずコネクタの上面に向く方向にケーブルを接続します。また、ケーブルは消耗しますので、脱着を繰り返す使用環境では定期的に交換してください。(オプション TCS用フレキシケーブル OGC00013)

電源の接続



警告

電源は、弊社指定のACアダプタ（オプションにて販売）をご使用ください。