

クランプオンパワーロガーPW3360シリーズの部品変更に伴う 製品仕様変更とソフトウェアバージョンアップについて

クランプオンパワーロガー PW3360シリーズの使用部品の廃止に伴い、部品および基板変更を実施しました。ソフトウェアのバージョンや連続使用時間などが変更になります。

1. 変更時期：2024年9月中旬以降（生産品および基板交換が伴う修理品）

2. 対象製品と変更内容

クランプオンパワーロガー PW3360シリーズ

PW3360-10, PW3360-11, PW3360-20, PW3360-21, PW3360-30, PW3360-31, PW3360-91

	変更前	変更後
ソフトウェアバージョン	～V3.22	V5.22
連続使用時間 ※バッテリーパック使用時 (連続、バックライト OFF)	約 8 時間	約 6 時間
ソフトウェア起動時間 電源スイッチ ON→オープニング画面 が表示されるまで	約 1 秒	約 3 秒
最大定格電力 (9459 バッテリーパック使用時)	3 VA	3 VA (変更なし)
筐体温度	-	変更前に比較して 10℃ 程高くなります

以上