

クランプオンパワーロガーPW3365 シリーズの部品変更に伴う 製品仕様変更とソフトウェアバージョンアップについて

クランプオンパワーロガー PW3365 シリーズの使用部品の廃止に伴い、部品および基板変更を実施しました。ソフトウェアのバージョンや連続使用時間などが変更になります。

1. 変更時期：2024 年 9 月中旬以降（生産品および基板交換が伴う修理品）

2. 対象製品と変更内容

クランプオンパワーロガー PW3365 シリーズ
PW3365-10, PW3365-20, PW3365-30

	変更前	変更後
ソフトウェアバージョン	～V2.11	V5.11
連続使用時間 ※バッテリーパック使用時 (連続、バックライト OFF、PW9020 電圧センサ 4 本使用時)	約 5 時間	約 3 時間
ソフトウェア起動時間 電源スイッチ ON→オープニング画面 が表示されるまで	約 1 秒	約 3 秒
最大定格電力 (9459 バッテリーパック使用時)	4 VA	5 VA
筐体温度	－	変更前に比較して 5℃ 程高くなります

以上