

Sample

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (抵抗計 <RESISTANCE METER>)
形名<Model Number> (RM3544*1)
製造番号<Serial No.> (No. xxxxxxxxx)
検査年月日<Test Date> (2024-07-08)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	校正値*2 <Calibration Value>
確度<Accuracy>				
Ω サンプリング<Sampling>SLOW				
30mΩ	0mΩ	-0.021 mΩ	~	0.021 mΩ (0.001 mΩ)
		29.970 mΩ	~	30.030 mΩ (30.000 mΩ)
300mΩ	0mΩ	-0.04 mΩ	~	0.04 mΩ (0.00 mΩ)
		299.89 mΩ	~	300.11 mΩ (300.00 mΩ)
3Ω	0Ω	-0.0004 Ω	~	0.0004 Ω (0.0000 Ω)
		2.9989 Ω	~	3.0011 Ω (3.0000 Ω)
30Ω	0Ω	-0.002 Ω	~	0.002 Ω (0.000 Ω)
		29.992 Ω	~	30.008 Ω (30.000 Ω)
300Ω	0Ω	-0.02 Ω	~	0.02 Ω (0.00 Ω)
		299.92 Ω	~	300.08 Ω (300.00 Ω)
3kΩ	0kΩ	-0.0002 kΩ	~	0.0002 kΩ (0.0000 kΩ)
	1kΩ	0.9996 kΩ	~	1.0004 kΩ (1.0000 kΩ)
	3kΩ	2.9992 kΩ	~	3.0008 kΩ (3.0000 kΩ)
30kΩ	0kΩ	-0.002 kΩ	~	0.002 kΩ (0.000 kΩ)
		29.992 kΩ	~	30.008 kΩ (30.000 kΩ)
300kΩ	0kΩ	-0.02 kΩ	~	0.02 kΩ (0.00 kΩ)
		299.86 kΩ	~	300.14 kΩ (300.00 kΩ)
3MΩ	0MΩ	-0.0002 MΩ	~	0.0002 MΩ (0.0000 MΩ)
		2.9938 MΩ	~	3.0062 MΩ (3.0000 MΩ)
TEMP	-9.5 °C	-9.7 °C	~	-9.3 °C (-9.5 °C)
	25.0 °C	24.8 °C	~	25.2 °C (25.0 °C)
	99.5 °C	99.3 °C	~	99.7 °C (99.5 °C)

備考<Note>

*1 RM3544とRM3544-01は、検査成績表のポイントが共通であるため、代表して形名をRM3544と表記しています。
<Because the inspection points of Models RM3544 and RM3544-01 are the same, "Model RM3544" is used in this data sheet to represent both models.>

*2 FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	(signature1)	(signature2)

No.RM3544-6